

Alkotesteris Dräger Alcotest 6000 su Bluetooth sąsaja



Kaina:

525.00 € (be PVM)

635.25 € (su PVM)

Naujiena



KOMPLEKTĄ SUDARO

1 CR123A tipo šarminė baterija (iš anksto įmontuota tiesiai į prietaisą), kandikliai - 3 vnt., dangtelis, USB laidas, naudotojo vadovas, garantijos kortelė.

Kam tinkamas naudoti: Skirtas naudoti mažose, vidutinėse ir didelėse įmonėse bei asmeniniam naudojimui, kai svarbus didelis tikslumas ir patikimumas.

Alkotesteris Dräger Alcotest 6000 su Bluetooth sąsaja

Dräger Alcotest 6000 BT yra patikimas ir tikslus prietaisas, skirtas alkoholio kiekiui išskvėptame ore nustatyti. Naudodamas tą pačią 1/4" matavimo technologiją, kaip ir policijos alkokotesteriai, jis yra idealus tiek tiksliesiems matavimams, tiek atrankiniams tyrimams. Prietaisas turi platų matavimo diapazoną (0,00 ~ 2,50 mg/l arba 0,00 ~ 5,25 ‰) ir yra paruoštas darbui beveik iš karto po įjungimo, užtikrinant greitą ir tikslų testavimą.

Didelis, apšviestas ekranas rodo aiškias instrukcijas ir pranešimus, o matavimo pabaigą žymi šviesos diodai ir garsinis signalas. Prietaisas gali išsaugoti iki 500 paskutinių matavimų rezultatų, o patogus kandiklio tvirtinimas leidžia jį lengvai naudoti net tamsoje. Be to, yra galimybė atlikti pasyvius testus be kandiklio. Šis alkokotesteris yra maitinamas CR123A baterija, kuri leidžia atlikti apie 1500 testų. Integruotas „Bluetooth“ modulis suteikia galimybę spausdinti rezultatus per „Dräger Mobile Printer BT“, padarant prietaisą itin patogų ir modernų naudojimui.

Naudotojas gali savarankiškai pasikeisti akumuliatorių, užtikrinant nuolatinį prietaiso naudojimą

Prietaisas pasiruošia darbui per mažiau nei 2 sekundes ir išsaugo iki 500 paskutinių matavimų rezultatų

Integruotas „Bluetooth“ modulis leidžia prijungti spausdintuvą belaidžiu būdu, užtikrinant greitą ir patogų rezultatų spausdinimą

Didelis, lengvai įskaitomas LCD ekranas su foniniu apšvietimu ir papildomi LED diodai, informuojantys apie matavimo eigą

Matavimo diapazonas iki 5,25 ‰, su ekrane pateikiama indikacija, kai matavimo diapazonas viršijamas

Pažangus elektrocheminis „DrägerSensor in 1/4“ jutiklis

TECHNINIAI PARAMETRAI

Jutiklio tipas	Elektrocheminis „DrägerSensor“ 1/4“ technologijos jutiklis
Matavimo diapazonas	0,00 ~ 2,50 mg/l (0,00 ~ 5,25 ‰)
Matavimo vienetai	‰ (promilės), mg/L (galima pakeisti)
Ekraną skiriamoji geba	0,01 ‰
Rodmenų tikslumas	±0,008 mg/L (0,00 ~ 0,50 mg/L diapazone); ±1,7 % matavimo vertės (diapazone > 0,50 mg/L)
Pavojaus slenkstis	Nėra
Pasiruošimo darbui laikas	~ 2 sek.
Mėginių ėmimo laikas	~ 3 sekundės (esant 25 °C temperatūrai)
Matavimo režimai	Greitasis - su piltuvėliu; Normalus - su kandikliu
Mėginių ėmimo režimas	Automatinis; Rankinis
Atmintis Paskutiniai	500 atliktų matavimų
Ekranas	Grafinis LCD ekranas, apšviestas; 32 x 22 mm (128 x 64 pikselių); Galimybė keisti ekrano kontrastą
Papildomi rodmenys	Du LED diodai, papildantys rodmenis ekrane
Įspėjimas apie neteisingą veikimą	Taip
Korpusas	ABS/PC medžiaga, atsparus smūgiams - juoda spalva
Apsaugos klasė	IP54

Maitinimo šaltinis	1 x 3 V CR123A tipo baterija
Baterijos veikimo laikas	± 1500 bandymų / ± 2 metai veikimo
Energijos taupymas	Automatinis išsijungimas
Akumuliatoriaus išsikrovimo indikacija	Taip
Darbo sąlygos	Temperatūra: -5 ~ 50 °C
Drėgmė	10 ~ 100 % RH
Aplinkos slėgis	600 ~ 1300 hPa
Laikymo sąlygos	Temperatūra -20 ~ 60°C
Drėgmė	15 ~ 75 % RH (10 ~ 100 % RH: ne ilgiau kaip 48 val.) - be baterijų
Sertifikatai ir patvirtinimai	CE ženklas
Vibracija ir smūgiai	EN 60068-2-27, EN 60068-2-6; EN 600-2-64
Kalibravimo dažnumas	Kas 500 testų, bet ne rečiau nei kas 12 mėnesių



ATKREIPKITE DĖMESĮ!

Visų mūsų parduodamų alkotesterių rezultatai pateikiami iki 3 ‰, 4 ‰, 5 ‰ ir 6.3 ‰. Kai kurių kitų gamintojų alkotesteriai negali rodyti daugiau kaip 2 promilių ribos. Viršijus ribą tokie alkotesteriai rezultatų nepateikia arba rodomas tik užrašas "HIGH".

Jei nesate tikri, koks profesionalus alkotesteris jums geriausiai tiktų - susisieki su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais ir jų skirtumais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje [PROFESIONALŪS ALKOTESTERIAI](#).

APIE MUS

Parduodame profesionalius, pusiau profesionalius ir asmeninius alkotesterius, transporto priemonių užvedimą blokuojančius alkotesterius (alkoblokus), monetinius alkotesterius, narkotikų aptikimo testus bei visą reikiamą papildomą įrangą ir priedus.

Vykdomė alkotesterių kalibravimo ir remonto darbus, galime pasirūpinti prietaiso metrologine patikra, nuomojame alkotesterius.

Lietuvos rinkoje dirbame daugiau kaip 13 metų. Per šį laiką pardavėme daugiau **kaip 80 000** alkotesterių fiziniams ir juridiniams asmenims. Kas mėnesį atliekame **virš 1000** alkotesterių kalibravimo ir remonto darbų.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

Esame pasirenge jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@alkotestieriupasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856